2.6.24

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>
<u>במכרז פומבי מס' 24-1005 לתכנון, אספקה והתקנה של מערכות ניטור מים רציפות</u>

<u>לה</u>לן פרוטוקול תשובות לשאלות

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1	עמוד 43,	לגבי מד העכירות שציינתם במכרז הנ"ל: עמוד 43, מה תכלול מערכת האיכות של הניטור הרציף: האם גם סנסור עכירות הוא חלק מהפתרון שלכם? משום שבעמוד 44 באפיון הסנסורים מופיע גם אפיון של סנסור עכירות. להלן: **מד עכירות** תכונה / ערך מערכת ניקוי / חובה טווח/ יחידות / 5-3000 NTU רגישות / 0.01-1 (תלוי בטווח) דיוק / <5% מטווח מלא זמן תגובה / 60 שניות טווח טמפרטורה להפעלה / C5-45 ° אספקת מתח / 5-12 V	חיישן עכירות כמפורט במפרט הטכני
.2	עמוד **45** מד מפלס	האם ניתן להציע מד מפלס בשיטה אולטרסונית?	למיטב ידיעתנו, מד אולטראסוני דורש תנועת מים מינימלית לצורך תפקודו (גודל גל על פני השטח של מספר מ"מ). אם זה **אינו** נכון לגבי המוצר המוצע, ניתן להציע בתכנון המערכת מד אולטראסוני לאישור המזמין.
.3	עמוד-**44** כל **45** החיישנים	האם ניתן להציע מתח הזנה **10.5-32VDC**?	כן, בכפוף לכך שזה תואם את יתר האלקטרוניקה המוצעת ולא יגרום לפגיעה בחיישנים או בשאר חלקי המערכת
.4	עמוד 43 חיישן טמפרטורה	האם נדרשת מדידת טמפרטורה נפרדת או כחלק ממדידת המוליכות\הגבה (**pH**)?	אפשר למדוד באמצעות אותו חיישן בכפוף לכך שהערך יתקבל ויוצג במסד נתונים בנפרד
.5	עמוד 43 כל החיישנים	האם ניתן להציע מד מפלס בשיטה אולטרסונית?	ראו תשובה לסעיף 2

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.6	עמוד 7 סעיף 4 ג'	האם ניתן להציע מתח הזנה **10.5-32VDC**?	ראו תשובה לסעיף 3
.7	מסמכי המכרז 52 עמודים	האם נדרשת מדידת טמפרטורה נפרדת או כחלק ממדידת המוליכות\הגבה (**pH**)?	ראו תשובה לסעיף 4
.8	עמוד 46 – איכות חיישנים	לאן תתחבר תקשורת המודבס **RS485** מכל המכשירים?	ראו תשובה לסעיף 3
.9	מסמך ד' (1) נספח ביטוח, סעיף 1	מבוקש להסיר את המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת".	לא מקובל
.10	מסמך ד' (1) נספח ביטוח, סעיף1ב	מבוקש להוסיף את המילים "או מחובות המבוטח" לאחר המילים "מזכויות המבטחים".	מאושר
.11	מסמך ד' (1) נספח ביטוח, סעיף 2	מבוקש להוסיף בסיפא הפסקה הראשונה את המילים "ולעניין התקופה הנוספת לאחר קבלת דרישה מהמזמין".	לא מקובל
.12	מסמך ד' (1) נספח ביטוח, סעיף 8	מבוקש להוסיף את המילים "הרלוונטי להתקשרות (ככל ויערך)" לאחר המילים "בכל ביטוח רכוש שייערך על ידי הספק".	מאושר
.13	מסמך ד(2) - אישור ביטוחי הספק	מבוקש- • שדה פירוט השירותים - להחליף את קודי השירותים בקוד 029. שדה ביטול / שינוי הפוליסה – להחליף את הספרות 60 בספרות 30.	א. שדה פירוט השירותים - לחילופין ניתן להוסיף קוד 029 ב. שדה ביטול / שינוי הפוליסה - לא מקובל
.14	עמוד 43 מסמך ו' - מפרט טכני, פרק א' מערכת לניטור רציף של איכות ומפלס מים של מקווי מים מתוקים.	לגבי תכונות של חיישן מוליכות חשמלית: בסעיף רגישות רשום "**0.01-1**" (תלוי בטווח)", אך לא מצוינים תתי טווחים של החיישן. האם הכוונה שיהיו לחיישן תתי הטווחים כדוגמה להלן, כאשר החיישן יכול לעבור ביניהם באופן אוטומטי בהתאם למוליכות החשמלית של המים? **0-200 µS/cm**, **0-2,000 µS/cm**, **0-20,000 µS/cm** ובהתאמה דיוק 1% מטווח מלא של כל תת-טווח ולא טווח מלא של החיישן, כדי לאפשר דיוק	כן, לחיישן צריכים להיות תתי טווחים שהחיישן עובר בינהם באופן אוטומאטי. למשל: 0-100 **µS/cm** **100-1,000 µS/cm** **1,000-20,000 µS/cm** בהתאמה דיוק של 1% מהטווח של כל תת- טווח. החיישן צריך לכלול פיצוי טמפרטורה

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		מספיק טוב לאיכות המים גם בטווח הנמוך. האם החיישן צריך לכלול פיצוי טמפרטורה אוטומטי?	
.15	עמוד 44 מסמך ו' - מפרט טכני, פרק א' מערכת לניטור רציף של איכות ומפלס מים של מקווי מים מתוקים.	לגבי תכונות של חיישן עכירות: בסעיף רגישות רשום "**0.01-1** (תלוי בטווח)", אך לא מצוינים תתי טווחים של החיישן. האם הכוונה שיהיו לחיישן תתי הטווחים כדוגמה להלן, כאשר החיישן יכול לעבור ביניהם באופן אוטומטי בהתאם לעכירות של המים? **0-200 NTU**, **0-1,000 NTU**, **0-4,000 NTU** כאשר הדיוק < 5% מערך המדידה ולא מטווח מלא של החיישן כדי לאפשר דיוק מספיק טוב לאיכות המים גם בטווח הנמוך.	לחיישן צריכים להיות תתי טווחים שבינהם יעבור באופן אוטומאטי למשל: **0-100 NTU** **100-250 NTU** **250-1000 NTU** **+1000 NTU** דיוק רצוי: ±2% עבור 0-100 **NTU** ±5% עבור 100 **NTU** ומעלה
.16	עמוד 44 מסמך ו' - מפרט טכני, פרק א' מערכת לניטור רציף של איכות ומפלס מים של מקווי מים מתוקים.	לגבי תכונות של מד מפלס: האם הכוונה שהדיוק ±**0.0**5% מטווח **10m** ולא ±5% מטווח **10m**, בכדי שיהיה אפשר לראות שינויי מפלס ברמה מספיק טובה.	הכוונה היא דיוק בסטייה של עד 5% ברמה סנטימטרית. או במילים אחרות 0.00±5% מ' מטווח 10 מ
.17	עמוד 44 מסמך ו' - מפרט טכני, פרק ב' מערכת לניטור רציף למדידת מפלס של מקווי מים מתוקים.	לגבי תכונות של מד מפלס: האם הכוונה שהדיוק ±**0.0**5% מטווח **10m** ולא ±5% מטווח **10m**, בכדי שיהיה אפשר לראות שינויי מפלס ברמה מספיק טובה.	הכוונה היא דיוק בסטייה של עד 5% ברמה סנטימטרית. או במילים אחרות 0.00±5% מ' מטווח 10 מ
.18	עמוד 3 פרק 1	האם ניתן להגיש הצעה חלקית – כלומר רק לניטור איכות מי השתייה ו/או רק לניטור מפלס	הבקשה נדחית אין שינוי במסמכי המכרז

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.19	עמוד 3 פרק 1 סעיף 3	מבקש לחדד שניתן להוסיף חיישנים נוספים ובלבד שחיישנים אלו קיימים וניתן לחברם למערכת המוצעת, כמו כן חיבור חיישנים נוספים יהיה כרוך בתוספת תשלום עפ הצעת הקבלן הזוכה	בהתאם למפורט במפרט הטכני
.20	עמוד 4 פרק 1 סעיף 5	האם הקבלן צריך להכין גם ביסוס להתקנה (רצפת בטון וכדומה) או שבשטח קיים מקום להתקין את המערכת? אם צריך להכין את השטח אנא הגדירו מה הגודל המקסימאלי שניתן לבנות בשטח וכן האם העלות של תשתית זו ו/או אחרת כלולה בהצעה	ככל שידרשו עבודות של חישוף צמחיה ו/או יישור שטח, הן יבוצעו ע"י רט"ג ועל חשבונה. ככלל, רט"ג מבקשת שטח ביסוס **מינימלי** לצמצום השפעת הנראות הנופית של המערכת. כל עלויות הקמת המערכת, למעט הכנת השטח כנ"ל, יכללו בהצעת המחיר
.21	עמוד 5 פרק 1 סעיף ז	במידה והרשות מבקשת להאריך את הסכם ההתקשרות נבקש כי הרשות תשלח הודעה לזוכה לפחות 30 יום טרם סיום מועד ההתקשרות כך שיוכל להתארגן ולהתחייב אל מול ספקי המשנה שלו	הבקשה מתקבלת
.22	עמוד 13 סעיף 14	נא לציין את תנאי בדיקת החשבון והתשלום שהרשות תבצע נדרש שהרשות תבדוק את החשבון ותגיש התייחסות תוך 7 ימים מהגשתו נדרש שהרשות תשלם את החשבון תוך 14 יום מאישורו על ידם או לפי שוטף 30	תנאי התשלום הינם כמפורט בסעיף 20 להסכם, מסמך ד' למסמכי המכרז.
.23	עמוד 18 סעיף 15	מבקשים להבהיר כי ביקור בשטח יכול לקחת יום עבודה ואילו תיקון תקלה יכול להיות 3 ימי עבודה או מספר שעות נבקש כי מחיר ביקור באתר יהיה ע"פ שעות עבודה בפועל, כאשר זמן נסיעה יוגדר כזמן עבודה והחיוב יהיה ע"פ יומן עבודה חתום על ידי הרשות כלומר לשנות את סעיף – מחיר ביקור לאיתור/תיקון תקלה לאחר שנת אחריות (לא כולל חלקי חילוף) ל- מחיר שעת עבודה לאיתור/תיקון תקלה לאחר שנת אחריות (לא כולל חלקי חילוף)	מובהר כי מחיר ביקור לאיתור/תיקון תקלה לאחר שנת אחריות אינו חלק משקלול ההצעה. על המציעים לנקוב בסכום זה, אשר יכלול את כל העלויות הכרוכות (למעט חלקי חילוף), לרבות שעות עבודה וזמני נסיעות. לאמור בסעיף 15 לענין רכיב זה, תתווסף ההערה כדלקמן – ככל שתיקון התקלה יצריך מן הזוכה במכרז להגיע לאתר בו מותקנת המערכת ליותר מיום עבודה אחד, יהיה הזוכה רשאי להעביר לאישור הרשות הצעת מחיר לתיקון התקלה, החורגת מן המחיר שהוצע על ידו לרכיב זה במסגרת ההצעה. התיקון יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מן הרשות להצעת מחיר זו.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		*שעת נסיעה תוגדר כשעת עבודה התחשבנות לפי יומן עבודה חתום על ידי הרשות	
.24	עמוד 18 סעיף 15	מבקשים לחדד כי עלויות אחסון ותקשורת כרוכות בקשר ישיר אל מול כמות המערכות המותקנות בשטח – ככל שיש יותר מערכות כך העלות גבוהה יותר לכן נבקש להוסיף כי מחיר עלות שנתית עבור אחסון, דיווח ושידור נתונים, לאחר תום שנת ההתקשרות הראשונה תהיה ל-1 מערכת ובעת התשלום יבוצע חישוב העלות ע"פ הכמות שמותקנת בפועל	מקובל. מובהר כי מחיר עלות האחסון השנתית אינו חלק משקלול ההצעה.
.25	עמוד 42 מפרט טכני סעיף 3	מבקשים לחדד כי המערכת אמורה להיות מערכת יעילה אנרגטית ולכן מדובר על מערכת המבוססת על אוגר נתונים שדוגם כל 30 דקות. הגדרה של ניטור רציף/שידור בזמן אמת הנה כמספר הדיגומים המתבצעים. מבקש לאשר כי במידה והמערכת מאפשרת ניתן יהיה לבצע דיגום כל 30 דקות (כמתבקש) להשוות ערך מצוי לערך רצוי ולשדר את הערכים מיידית רק במידה ויש חריגה – כולל התראות ! במידה ואין חריגה של הערכים יתבצעו 6 שידורים ביום (עם כל השידורים שנאגרו) כך המערכת תהיה יותר יעילה אנרגטית ותפעולית	מקובל
.26	עמוד 45 מפרט טכני – מד מפלס	מבקשים להבהיר כי מדידת מפלס רציפה בטווחים כלשהם אפשרי רק עם מד מסוג רדאר ו/או אולטראסוני לכן נבקש להסיר את האפשרות להגיש את העיקרון הפנאומטי והעיקרון של המצוף שאינם מתאימים לצרכי הרשות כמו כן נבקש לאשר הגשה של מד אולטראסוני מתאים בגובה של 0 ועד 8 מטר	ראו תשובה לסעיף 2
.27	עמוד 5 סעיף ה	מבוקש להבהיר כי המציע יידרש לבצע הדרכה פעם אחת בעת מסירת המערכות.	בתיאום עם הרשות תבוצע הדרכה בעת מסירת כל אחת ואחת מן המערכות בנפרד.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.28	עמוד 5 סעיף ט + עמוד 24 סעיף ג6	מבוקש להוסיף כי הספק לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם אחר שאינו הספק עצמו, לרבות לכל עניין מתן אחריות בגינם ו/או לנזקים לעבודות ו/או לפרויקט שנגרמו בעטיים, ומבלי שהדבר ייחשב כהסכמתו של הספק לעניין ו/או כגורע מאיזו זכות שעומדת לו לפי דין.	אחריות הספק הזוכה הינה למערכות שהותקנו על ידו ולא למערכות שהותקנו על ידי אחרים. סעיף 6.ג. דן בהוצאות, אשר עלולות להגרם לרשות, במידה והמערכות לא תותקנה על ידי הספק הזוכה במועד שנקבע.
.29	עמוד 11 סעיף ב10	מתבקש שיובהר כי חתימה ע"י מורשי החתימה בצירוף חותמת אימות חתימה על ידי עו"ד/רו"ח תידרש רק מקומות בהם נדרשת חתימה מלאה בהתאם להוראות המסמך הפרטני (כדוגמת תצהירים). בכל מקום אחר במסמכי ההצעה, ובפרט בתחתית כל עמוד של ההצעה, מתבקש שמציע יוכל לחתום בראשי תיבות של מורשי החתימה באמצעות חותמת המיועדת לכך.	ניתן לחתום בתחתית כל עמוד ממסמכי המכרז באמצעות חותמת התאגיד וראשי תיבות מורשי החתימה כמפורט בסעיף 9.ד. למסמך ב'.
.30	עמוד 11 סעיף ח11	נבקש להוסיף כי בכל מקרה של ביטול כאמור בסעיף זה תושב הערבות לידי המציע בתוך 7 ימים	מקובל, בתוך 14 יום.
.31	עמוד 20 סעיף ב1	מבוקש כי הוראות המנהל תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות המכרז על נספחיו ולא יהיה בהן להוסיף התחייבות שאינה כתובה בהסכם.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.32	עמוד 22 סעיף ג4א6	**1.** מתבקש להבהיר את הוראות ההסכם וכן את מסמכי המכרז בכללותם כך שבכל מקום בו נקבעו דרישות כגון: "לשביעות רצון של הרשות" ו/או "בהתאם להוראות הרשות ו/או מי מטעמו", יובהר כי הספק יפעל בהתאם להוראות הרשות ו/או מי מטעמו ובלבד שאינן חורגות מהתחייבויות הספק על פי ההסכם, המפרט הטכני, כתב הכמויות ותוכנית הביצוע המאושרת, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות בעלויות נוספות לספק, יופעל מנגנון הוראות שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות	1. אין שינוי במסמכי המכרז. מובן כי כל הוראות הרשות והמנהל מטעמה הינן בכפוף לתנאי המכרז. 2. המערכות מותקנות בשטח פתוח ונדרשות להיות מותאמות לתנאי הסביבה, לרבות איתני הטבע, בוודאי בהתחשב בתקופת האחריות הניתנת על ידי הספק בהתאם למפרט הטכני. הספק יהיה אחראי לתיקון כל תקלה של המערכות, למעט תקלות אשר נגרמו בזדון. הקביעה בענין זה תהא של המנהל מטעם הרשות.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים. **2.** מתבקש כי הספק לא יהיה אחראי לתיקון פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, או כאלה שנגרמו עקב צד ג' או עקב תפעול ותחזוקה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של הרשות ו/או מי מטעמו.	
.33	עמוד 23 סעיף 4ג	מבוקש להבהיר כי ההדרכה תהיה פעם אחת עם התקנת המערכת. [משה האם כך?]	ראה מענה לשאלה 27 לעיל
.34	עמוד 24 סעיף 6ג	מבוקש כי הסעיף יחול במקרה של עיכוב מעל ל- 14 ימים.	מקובל
.35	עמוד 24 סעיף 7ב	מבוקש כי קבלת האישור בכתב מאת הרשות תהיה תחומה בזמן ולכל היותר תהיה תוך 14 ימים.	הבקשה מתקבלת.
.36	עמוד 25 סעיף 7ג	פסילת המערכת תהיה רק במקרה שאינה עומדת במפרט הטכני ולא לפי שביעות רצון וכיו"ב. הספק עובד לפי הוראות מפרט טכני ולכן הבחינה, הקבלה והאישור צריכות להיות כפופות לכך שהמערכת עומדת בהוראות המפרט הטכני.	הסיפא "כמפורט במפרט הטכני" מתייחסת לכל תחילת המשפט הקודם לה.
.37	עמוד 25 סעיפים 7ד+7ה	מבוקש כי תינתן לספק התראה 14 ימים מראש ובכתב	מקובל
.38	עמוד 25 סעיף 8ב	מבוקש כי הוראות והנחיות המנהל תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה על נספחיו.	הוראות והנחיות המנהל הינן בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז.
.39	עמוד 26 סעיף 11ב	מבוקש כי בכל מקרה עבודות הספק תהיינה בהתאם להוראות המכרז.	הוראות והנחיות המנהל הינן בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין החל על עבודות אלו.
.40	עמוד 26 סעיף 12ג	מבוקש להבהיר כי לא יהיה בהארכת ההסכם כדי לפגוע בזכויות הספק על פי הסכם זה.	אין בהארכת ההסכם כדי לשנות מתנאיו.
.41	עמודים 26- 27 סעיף 13 על תתי סעיפיו	(1) מתבקש להבהיר, כי חרף האמור בסעיף הספק לא יישא באחריות לנזקים שנגרמו בשל ביצוע הנחיות של המזמין ו/או מי מטעמו, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק לטיב העבודות עצמן שבוצעו על ידו	אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציע מופנית לאמור בסעיף 1.13. להסכם מסמך ד' ולמענה לשאלה מס' 32 לעיל.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		בהתאם להתייחסותנו לאחריות זו כמפורט בטבלה זו. (2) מתבקש לתקן את הסעיף באופן הבא, באופן שיחול באופן גורף על כל הוראות ההסכם בהקשרים אלו, כדלקמן: אחריות הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד. בהתאם לכך, בכל מקום בו מופיעה המילה: "נזק" תתווסף המילה: "ישיר" וכי בכל מקום בו מופיעה המילה: "הוצאה" תתווסף המילה: "ישירה". (3) מתבקש כי אחריות הספק תהיה בהתאם ובכפוף לדרישות כל דין, ובכפוף להתייחסותנו לסעיף האחריות לעיל. אחריות נזיקית (4) מתבקש להבהיר כי חרף האמור בסעיף, הספק לא יישא באחריות לנזקים שנגרמו בשל ביצוע הנחיות של המזמין ו/או מי מטעמם, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק לטיב העבודות עצמן שבוצעו על ידו בהתאם להתייחסותנו לאחריות זו כמפורט בטבלה זו. (5) מתבקש להגביל את אחריות הספק למעשה ו/או מחדל ישיר שלו ו/או של מי מטעמו בלבד וכי בכל מקרה הספק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים ואגביים (לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח) שייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו. (6) כן מתבקש להבהיר בהסכם, כי בכל מקרה הספק לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב כוח עליון או עקב מעשה או מחדל של המזמין או כל צד ג' שאינו הספק או מי מטעמו. (7) מתבקש להבהיר בחוזה כי חובת הספק ואחריותו לפיצוי	

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		ו/או שיפוי על פי החוזה ו/או על פי דין, כפופה לתנאים המצטברים: (1) התקבל פס"ד חלוט שביצועו לא עוכב; (2) המזמין הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לספק לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק מראש ובכתב; (3) על אף כל הוראה אחרת בהזמנה ו/או בחוזה, על נספחיו, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי החוזה, או על פי דין לא יעלו בכל מקרה על שכר החוזה ששולם לספק בפועל מכוח החוזה (בגין כל תקופה בנפרד, ובתקופת התחזוקה בגין כל שנת תחזוקה בנפרד) ו/או עד לגבול האחריות הביטוחית, לפי הנמוך מבין השתיים. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום החוזה ו/או ביטולו. אחריות לטיב (8) מתבקש להחריג, כמקובל, את אחריות הספק בנסיבות הבאות: **(i)** תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה, לרבות כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא בוצעו באמצעות הספק; **(ii)** מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות או ברכיביהם; **(iii)** ביצוע שימוש רשלני בעבודות ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות הספק /ספקי משנה מטעמו ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות היצרן; **(iv)** בלאי טבעי כתוצאה משימוש רגיל בעבודות ו/או ברכיביהם; **(iiv)** המזמין ו/או מי מטעמו לא אפשר לספק לבצע את	

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		התחייבויותיו באופן הנקוב בחוזה. מתבקש כי הספק לא יהיה אחראי לתיקון פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, או כאלה שנגרמו עקב צד ג' או עקב תפעול ותחזוקה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של המזמין ו/או מי מטעמו.	
.42	עמודים 28- 29 סעיף 15 על תתי סעיפיו	(1) מתבקש לעדכן את הוראות הסעיף בקשר עם ערבות, כדלקמן: i. כי ככל והמזמין החליט לחלט את הערבות חרף טענותיו של הספק, מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאי המזמין בקשר להפרה הנטענת מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הספק לטענות המזמין ומבלי לגרוע מזכויות הספק לפי כל דין. ii. כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלספק ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הספק לפשרה שהושגה.	אין שינוי בהוראות המכרז
.43	עמוד 29 סעיף 16ב	מבוקש להפחית מ-10% ל-5% וזאת לכל שבוע איחור ועד לסך השווה ל-20% מערך התמורה ששולמה בפועל בשנה אשתקד.	הבקשה נדחית
.44	עמוד 31 סעיף 19ה	מבוקש כי המדד הקובע בכל מקרה לא יהיה נמוך ממדד הבסיס.	הבקשה נדחית
.45	עמודים 33- 34 סעיף 22	יובהר בסעיף זה ובמסגרת מסמכי המכרז והחוזה בכללותו כי המזמין רשאי לבטל את ההסכם רק עקב הפרה של הספק את התחייבויותיו ולאחר שניתנה	הבקשה נדחית

michraz@npa.org.il / www.parks.org.il רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		לספק התראה מראש ובכתב בנושא הכוללת הזדמנות לתקן את ההפרה הלכאורית ולהשמיע טענותיו בנושא וככל שאין כך הדבר, הספק יהיה זכאי לקבלת תשלום בגובה של עשרה אחוזים (10%) מסכום העבודות שלא בוצעו עכב ביטול החוזה, וכן לקבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לספק בשל הפסקת ההתקשרות כדלקמן: (1) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; (2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו- (3) פיצויי פיטורים לעובדים.	
46.	עמוד 34 סעיף 24	מבוקש כי הסודיות תהא הדדית. קרי גם מצד המזמין כלפי הספק.	אין שינוי בהוראות המכרז

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **16/06/2024** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופו ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il